



PROTOKOL O ZKOUŠCE č. KM 20 / 2020

IDENTIFIKACE ZAKÁZKY

Zadavatel: Empower Company s.r.o. Pražská 298 250 01 Brandýs n. L.- Stará Boleslav
Majitel : Empower Company s.r.o., Lysá nad Labem
Vzorky odebral: Empower Company s.r.o., Lysá nad Labem
Datum přijetí zakázky : 10.1.2020
Datum vyřízení protokolu: 17.1.2020
Vyřizuje: RNDr. Kuba Martin

IDENTIFIKACE VZORKU

Č.vzorku **Datum odběru** **Popis vzorku, poznámka**
KM 20 7.1.2020 Nupreme Chaga
 šarže: 191020
 Původ: Čína

VÝSLEDEK ZKOUŠKY

Analyt	Jednotka	KM 20	U	Metoda
Kadmium	mg/kg	0,045	±20%	SOP CZL 1/03
Olovo	mg/kg	0,08	±18%	SOP CZL 1/03
Rtuť	mg/kg	0,0037	±20%	SOP CZL 2/95

Vysvětlivky, poznámky:

U nejistota výsledku

Identifikace zkušební metody

SOP CZL 1/03 AAS
SOP CZL 2/95 AAS

ZÁVĚR:


Vzorek v uvedených parametrech vyhovuje Nařízení Komise (ES) č.1881/2006 v platném znění (Pb: 3.1.22 doplňky stravy - max. limit 3,0 mg/kg, Cd: 3.2.21 doplňky stravy - max. limit 1,0 mg/kg, Hg: 3.3.3. doplňky stravy - max. limit 0,10 mg/kg).

Uvedená legislativa je k nahlédnutí v laboratoři.

Prohlášení : Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušených předmětů. Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.Uvedené rozšířené nejistoty měření (U) jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření $k=2$, což pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí 95%.Nejistota odběru vzorku není součástí rozšířené nejistoty měření uvedené na protokolu o zkoušce. Údaje v protokolu označené * jsou mimo rámec akreditace. Údaje v protokolu označené „+F“ znamenají použití flexibilní akreditace. Údaje v protokolu označené „+A“ označují změnu provedenou v rámci aktualizace norem. Odběr vzorku není předmětem akreditace

doc.MVDr. Jan Bardoň, Ph.D.,MBA
ředitel SVÚ




RNDr. Martin Kuba
vedoucí oddělení cizorodých látek

rozdělovník: 1x Empower Company s.r.o., Pražská 298, 250 01 Brandýs n. L.- Stará Boleslav
1x archiv

2188/20

